

微生物同定試験報告書（速報）

委託されました微生物同定試験について、下記の通り試験結果を得ましたのでご報告いたします。

記

測定年月日 2012年10月2日

使用機器 BrukerDaltonics社製 microflex LT MALDI Biotyper

使用データベース Vol. 3.2.1.0

委託されました試料から得られたスペクトルとデータベースに登録されているスペクトルをマッチングさせた結果、以下の菌種が最も高い相同性を示した。

No.	試料名	貴注文番号	報告書番号	菌名	評価値
1	試料1	XXXXXXX	VM-XXXXXXX01	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2.185
2					
3					
4					
5					

評価値

2.300～3.000	表示菌と属、種が一致している
2.000～2.299	表示菌と属は一致、種は一致している可能性が高い
1.700～1.999	表示菌と属は一致している可能性が高い、種は同定不能
0.000～1.699	同定不能

同定不能の菌種につきましては、弊社より、遺伝子同定機関に外部委託が可能です。（別途費用）ご希望の場合、下記までお問い合わせください。

* 正式な報告書は後日送付いたします。

ご報告に対するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

株式会社 コーガイトープ 滅菌研究センター

住所 〒520-3403

滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-19

TEL 0748-88-3121

FAX 0748-88-3123